

No.11

臨床工学部

QI 医療機器中央管理下における使用前点検実施率

分子 使用前点検台数

分母 MEセンターに返却される医療機器台数

根拠 医療機器の中央管理を実施している臨床工学部として、保守管理は重要事項である。「使用前点検手順書」に沿って遵守することは、安全な医療を提供することに繋がる。

目標 100%実施
 * 2017年6月は返却台数1171に対し、使用前点検台数1144
 実施率は97.6%であった。

